

**GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI ENDOKAVİTER ULTRASON PROB ATAÇMANI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

GENEL ŞARTLAR:

Istenilen cihaz üretici firmaların halen üretimde olmalıdır. Teklif edilen sistem %100 orijinal olmalı ve açılmamış kutusunda kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 1- Teklif edilecek prob ile B-mod ve M-mod incelemeleri yapılabilmeli ve bunların kombinasyonlarında çalışılabilirmelidir.
- 2- Sistem (5.0/6.5/8.0MHz) ultrasonografik sinyalleri değerlendirebilecek bir yapıda olmalıdır.
- 3- Teklif edilecek endokaviter prob Ataçmanı kurumumuzun sahip olduğu Mindray marka DC-7 model ultrasonografi cihazında kullanılacak olup bu cihaza uyumlu olmalıdır.
- 4-Ataçman tek kullanımı olmalıdır.



Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tescil No: 59445