

ENDOSKOPIK ORTA/BÜYÜK BOY KLİP ATICI - ML

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Tetiği tek sıkışta hem çenedeki klipi atan, hem de sonraki klipi çeneye yükleyen tam otomatik klip yükleme/atma mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Atıcının içinde yirmi adet orta/büyük boy titanyum klip bulunmalıdır.
5. Kolanjiyogram,kateteri yerleştirmek için ara kapanma ayarına sahip olmalıdır.
6. Klip dış yüzeyinde ve uygulayıcı çenelerin iç yüzeyinde , klipin -yarı kapanmış durumunda olsa dahi- uygulayıcıdan düşmemesini sağlayan çentikler olmalıdır.
7. Klip iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
8. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
9. Kapanmış klip uzunluğu 8.8 mm olmalıdır.
10. Şaftın çapı en fazla 11 mm olmalıdır.
11. Şaft uzunluğu 28.9 cm olmalıdır.
12. Şaft metal olmalıdır.
13. Şaft her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
14. Klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için uygulayıcının çene açısı en az 15° olmalıdır.
15. Uygulayıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
16. Uygulayıcının ucunda kliplerin bittiğini gösteren renkli indikatör bulunmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz Kaya
C.B.V.T.F. Genel Cerrahi A.B.D.
Diyadin Tesis No: 515/20130-528/5