




...../201..

**Prof. Dr. EMİN KURT**  
**Başhekim**

## CABLE SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kablo : Kablo çok filamentli olup, 2 mm. çapındadır. Kablonun yapısı 7 ayrı kablonun birbiri üzerine örülmesinden oluşmaktadır. Birbiri üzerine örülen bu kabloların her biri de 7 ayrı telin birbiri üzerine örülmesinden oluşmaktadır. Dolayısı ile telin yapısı 7 x 7 olarak nitelendirilmektedir. Kablo bükülgen özelliğe sahip olmalıdır.

### GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.
2. Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.
3. Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

# MALZEME İSTEK FORMU



| İSTEKTE BULUNAN BİRİM :       |                                              |         | İSTEK TARİHİ : |                                  | Depo Stok Durumu |     | (Varsa) En Son Alım |           |                    |                                 |            | ONAY     |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|-----|---------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|
| Ortopedi ve Travmatoloji A.D. |                                              |         | İSTEK SAYISI:  |                                  | Var              | Yok | Miktarı             | Fiyatı    | Tarih              | SUT Kodu                        | SUT Fiyatı | UYGUNDUR | UYGUNDUR |
| Sıra                          | Malzemenin Adı                               | Miktarı | Ölçü Birimi    | İstegin yaklaşık kullanım süresi | İstek Nedeni     |     |                     |           |                    |                                 |            |          |          |
| 1                             | DİSTAL RADIUS BOLT VİDASI                    | 2       |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     | 300,00 TL | .... / .... / 2019 | TV5660                          | 300,00 TL  |          |          |
| 2                             | Titanyum vida 2.3 mm ve 7.3 mm arası kilitli | 10      |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     | 105,00TL  | .... / .... / 2019 | TV1150                          | 105,00 TL  |          |          |
| 3                             |                                              |         |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     |           | .... / .... / 2019 |                                 |            |          |          |
| 4                             |                                              |         |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     |           | .... / .... / 2019 |                                 |            |          |          |
| 5                             |                                              |         |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     |           | .... / .... / 2019 |                                 |            |          |          |
| 6                             |                                              |         |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     |           | .... / .... / 2019 |                                 |            |          |          |
| 7                             |                                              |         |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     |           | .... / .... / 2019 |                                 |            |          |          |
| 8                             |                                              |         |                | 1 (ay)                           | DEPODA YOKTUR    | X   |                     |           | .... / .... / 2019 |                                 |            |          |          |
|                               |                                              |         |                |                                  | İmza             |     |                     |           |                    | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |            |          |          |

..... / ..... / 2019

Prof. Dr. SEYHUN KÜRŞAT

**Başhekim**