

Ekshalasyon Valfi kiti

1. Hastanemizde bulunan GE marka R860 model yogun bakım ventilatörleriyle uyumlu olmalıdır.
2. Valf seti; akış sensörü, diyafram, su tutucu ve ekshalasyon valfi blogundan oluşmalıdır.
3. Malzeme sıvı dezenfeksiyona ve en az 134 derece buhar otoklavında seterilizasyona uygun yapıda olmalıdır.
4. Malzeme ÜTS ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Gülay OK
CBÜTF Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dış. Tel. No: 58489 - 56944