


EKSTERNAL NÖROSTİMÜLATÖR İÇİN ÇOKLU LEAD TEST KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Spinal kord stimölasyonu test aşamasında external nörostimölatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını SCS leadleri vasıtası ile omurilikte hedeflenen bölgeye ulaştırmak için external nörostimölatör ile SCS leadleri arasındaki bağlantıyı sağlayan, ağrı tedavisinde kullanılan nörostimölatör sisteminin bir parçası olmalıdır.
- 2) Paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
- 3) Saklama koşulu 57° üzeri ve -34° altı olmamalıdır.
- 4) Uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.


Prof. Dr. İdil Tekin
Dip. Tes. No: 62655 - 43623
C.B.Ü. Tıp Fak. Anestezi ve
Reanimasyon Cihazları