

## ELEKTROD (BUJİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ESWL Elektrodu Hastanemizde mevcut ESWL sistemi (böbrek taş kırma cihazı ) ile kullanılabilirliktedir.
2. Teklif edilen Elektrod şok dalgası çanağının ortasına yerleştirilebilen standart elektrod tipi olmalıdır.
3. Teklif edilen Elektrodun uçlarının aralığını her tedaviden sonra yeniden ayarlamaya gerek duyulmamalıdır.
4. Teklif edilen ürün ÜTS kaydına haiz olmalıdır.
5. Teklif veren firmaların Lithotripsy (ESWL Cihazları) için gerekli olan TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi Sicil (İmalatçı) Belgesi olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar ISO 13485 Belgelerini teklif ile birlikte ibraz edeceklerdir.
7. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranacaktır.

ÖZG. DİKKET ÜÇER  
C.B.D.T.F. Üyesi  
Dipl. Tesc. No: 110267  
Uzm. Tesc. No: 71746