

EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK, İLAÇ YÜKLENEBİLİR

- 1) Küresel yapıda (mikrosfer), yüksek su içerikli (hidrosfer) PVA'dan modifiye edilmiş N-Fill Sulphonate yapısında olmalıdır.
- 2) Hidrojel mikrosferleri kemoembolizasyon amaçlı Doxorubicin ile kimyasal olarak yüklenebilmek için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3) Hidrojel mikrosferleri sıkıştırılabilir yapıda olmalıdır.
- 4) Hidrojel mikrosferleri görünebilirlik açısından mavi boya ile hafif renklendirilmiş olmalıdır.
- 5) Hidrojel mikrosferleri kateter lümeninden geçerken hidrofilik ve küresel şeklinden dolayı kolay geçmelidir, kümelenme yapmamalıdır ve en uç noktalara ulaşabilmelidir.
- 6) Hidrojel mikrosferleri 10ml cam viral içerisinde 6ml non-pirojen, steril salin tampon çözeltisinde 2ml ilaç yüklenebilir bead olarak süspanse edilmiş olmalıdır.
- 7) Hidrojel mikrosferleri değişik ölçülerde (75-150, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900 mikron) ve değişik renk kodlu olmalıdır.
- 8) Ürünler tekli steril paketlerde ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Prof.Dr.Serdar TARHAN
C.B.Ü. Radyodiagnostik A.D.
Dip.No:E0887 Dip.Tes.No:36932
Uzm.Tes.No:35271