

ENDOTRAKEAL TÜP (RİJİT) ŞARTNAMESİ

1. Oral nasal kullanıma uygun olmalıdır.
2. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
3. Murphy gözü olmalıdır.
4. Düşük basınçlı balonu olmalıdır.
5. Cm ölçekli derinlik çizgileri olmalıdır.
6. Radyoopak çizgisi olmalıdır.
7. Valfi pilot balonu olmalıdır.
8. Bağlantı konnektörü olmalıdır.
9. Şeffaf olmalıdır.
10. Ürünün miyadı en az 2(iki) yıl olmalıdır.
11. 3-3,5 -4- 4,5 - 5 - 5,5- 6-6,5 -7-7,5-8-8,5 numaraları olmalıdır.
12. Numune getirilmesi zorunludur.
13. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
14. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest ve Rean.AD
Diy. No: 9643 - Tescil No: 170. 55