



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Sayı : E-30689386-930-170586
Konu : Endokrinoloji test odası malzeme istem.

13.10.2021

HASTANE TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ BİRİMİNE

İç Hastalıkları AD. Endokrinoloji test odasında kullanılmak üzere istenen malzeme istek formu
ektedir.

Gereğini arz ederim

Prof. Dr. Elmas KASAP
Anabilim Dalı Başkanı

Ek:

- 1- malzem istem (2 sayfa)
- 2- Resim (1894) (1 sayfa)
- 3- Resim (1895) (1 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu :BSNN2LYM7H Pin Kodu :61182

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BSNN2LYM7H&eS=170586>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü Manisa

Telefon:(0 236) 2338586 Faks:(0 236) 2331466

e-Posta:tip@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://tip.cbu.edu.tr

Kep Adresi:celalbayeruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nagihan Kuzey

Unvanı: Veri Giriş Personeli



MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(ENDOKRİN TEST ODASI)

* İstekte Bulunan Birim İsmi Yazılacak

S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	PARMAK UCU PULSE OKSİMETRE	1	adet	SÜRESİZ. (ay)	İHTİYAÇ					 / / 201..		
										 / / 201..		
2	ACİL ÇANTASI	1	adet	SÜRESİZ. (ay)	İHTİYAÇ					 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		

.....
PROF. DR .ZELİHA HEKİMSOY
ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANI.....
** İstemde Bulunan Ad Soyad*

PROF. DR. İSMET TOPÇU
BAŞHEKİM

PARMAK PULSE OKSİMETRE ŞARTNAMESİ

1. Pulseoksimetre cihazı kandaki oksijen saturasyonunu ve nabız ölçümü yapabilen dijital ölçüm cihazı olmalıdır.
2. Pulseoksimetre cihazı parmak tipi olmalıdır.
3. Cihazın ekranında SpO2 ve nabız sayısı aynı anda izlenebilmelidir.
4. Cihazın saturasyon ölçüm aralığı %35 - %100 aralığında olmalı, %70 - %100 aralığında ölçüm hassasiyeti ± 2 olmalıdır.
5. Cihazın nabız ölçüm aralığı 30 - 240 bpm olmalı, ölçüm hassasiyeti ± 2 olmalıdır.
6. Cihazın ekranı iki farklı yönden izlenebilir olmalıdır.
7. Cihaz 2 adet AAA alkalın pil ile en az 50 saat sürekli çalışabilmelidir.
8. Cihaz pil ömrünü korumak için işlem yapılmadığı takdirde 8 saniye içinde otomatik kapanmalıdır.
9. Cihaz üzerinde batarya güç indikatörü olmalıdır.
10. Cihazın ebatları 56x27x28mm(± 5) olmalıdır.
11. Cihazın ağırlığı batarya dahil en fazla 60g olmalıdır.
12. Cihazın geniş ve kolay okunabilir renkli LCD ekranı olmalıdır.
13. Cihaz ile birlikte taşıma kılıfı ve askı verilmelidir.
14. Pil değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerekmemelidir.
15. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belgede ürünün adı ve markası belirtilmelidir.

2000

ACİL MÜDAHALE - TRAVMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. **65 x 40 x 30 cm** ölçülerinde olmalıdır.
2. 1900 denier PVC su geçirmez imperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde **6 adet dış cep** bulunmalıdır.
4. **Büyük yan cebin içinde 4 adet küçük cep olmalıdır. Küçük cepler kapaklı olmalıdır.**
5. **Üst cep içinde 3 adet modül bulunmalıdır. Ayrıca üst cep dışında bir adet de şeffaf cep bulunmalıdır.**
6. **Kapak iç kısmında 2 adet ampül modülü bulunmalı bu modüller cırtlı bant ve lastik ile kapağa sabitlenebilmelidir. Modüllerin ayrılması ve yeniden yerleştirilmesi pratiklik sağlayacak şekilde olmalıdır. Ampül modüllerinde en az 120 adet ampül taşınabilmelidir.**
7. Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olmalıdır.
8. Ceplerin dışında çantaya desteklik sağlayan siyah fitiller olmalıdır.
9. Çanta içi seperatörle ile istenilen şekilde dizayn edilebilmelidir.
10. Yan ceplerde en az 120 ampül taşımaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişlikli ampul yuvaları bulunmalıdır.
11. Çantanın yan duvarlarında dik durmaya yardımcı olan PVC levha bulunmalıdır. çanta içindeki malzemeleri korumaya uygun olmalıdır.
12. Küçük ceplerden birinde **sağlık bakanlığının diğerinde ters hilal** simgesi bulunmalıdır.
13. Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun olmalıdır.
14. Çantayı saran **reflektör bant** olmalıdır.
15. Çanta kırmızı, turuncu veya mavi renkte olmalıdır.
16. 2 adet portatif kancalı kemer ile istenildiğinde sırtta taşımaya uygun olmalıdır.
17. Ürün CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Zülfa HEKİMSOY
C.B.U. T.C. Sağlık Bakanlığı
Dip. No: 4790-88665