

ENDOTRAKEAL TÜP (RİJİT-BALONSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tüp nontoksik , şeffaf ve PVC 'den yapılmış olacaktır.Etilen oksitle sterilizasyon için uygun olmalıdır.
- 2.Radyoopac çizgi tüp boyunca olmalıdır.
- 3.Tüpün rahat yerleştirilebilmesi için tüpün üzerinde 1 cm aralıklarla siyah yerleştirme ölçüleri olacaktır.En az 8 cm'den başlayıp yukarıya doğru numaralandırılmış olmalıdır.
- 4.Tüpün üzerinde vokal kort işareti olmalıdır.
- 5.Tüp tek kullanımlık ve steril poşet içinde olmalıdır.
- 6.Tüp balonsuz-spiralsiz rijit olmalıdır.Tüpün şekli hafif eğik olup bebeğe uygulamaya elverişli olmalıdır.
- 7.Tüp numaraları 2 şeklinde olmalıdır.
- 8.Firma numune getirmek zorundadır.

Prof. Dr. Esra ÖZEL
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.
Yenilöğün Uzmanı
Dip. Tescil No: 79515
Dip. No: 1216