

MİKROLARENJEAL ENDOTRAKEAL TÜP

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi alana daha fazla erişim sağlamalı ve aynı zamanda hasta için yeterli ventilasyon temin edebilir özellikte olmalıdır.
2. Ürün medikal PVC 'den imal edilmiş ve Kaflı olmalıdır. olmalıdır.
3. Ürün tüm anestezi devreleri ile uyumlu standart 15mm konnektöre sahip olmalıdır.
4. Ürün Oral ve Nasal kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürün Murphy delikli olmalıdır.
6. Ürün üzerinde Radyopak çizgi tüp boyunca gözlemlenebilmelidir.
7. Ürünün 4-5-6 olmak üzere üç ayrı boyu olmalıdır.
8. Ürün ile ilgili ölçüler aşağıdaki gibi olmalıdır.

ID	OD	CUFF	UZUNLUK
4.0mm	6.0mm	31mm	360mm
5.0mm	7.3mm	31mm	360mm
6.0mm	8.7mm	31mm	360mm

9. Ürün Latex içermemelidir.
10. Ürün steril olmalıdır.
11. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Deniz TOK
Dip. Tes. No: 30985-42843
C.B.U.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.