

ENJEKTÖR 2 ML-5 ML-10 ML-20 ML-50 ML-100 İÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 P Kauçuk conta olacak conta farmostik özellik taşıyacaktır.
2. Şırıngalar steril, pirojensiz %6 eğim ve luer tipte olacak bu uçlar 3 P 2,5,10,20,50 ml şırıngalarda eksantrik olacaktır.
3. İğneler 2ml de 12 numara siyah; 5,10,20,50ml de 2numara yeşil 21G paslanmaz çelikten iğne ucu olacaktır.
4. Enjektör ile iğnesi tek bir ambalajda olacaktır,enjektörlerle ambalajlanacak olan iğne numaraları ambalaj üzerinde belirtilecektir.
5. Enjektörlerin koni kısmında oluşan ölü boşluğun minimize veya yok edilmiş olması tercih sebebidir.
6. Enjektörlerin üzerinde cc'lerini belirten çizgiler ve rakamlar yazılı olmalıdır.
7. Ambalajlanmış olan enjektörlere 100 ve 250 adedi orijinal kutularına konulmuş olacaktır.10 adet 100'lük veya 250'lik kutu yol ve sevkisyata dayanıklı dış ambalaja konulacaktır.
8. cc ve dizyem çizgileri 0' dan başlamalıdır.
9. Enjektörün parmak dayanakları olmalıdır
- 10.Enjektör ambalajı üzerinde en az aşağıda yer alan bilgiler bulunmalıdır;
 - a)Firmanın adı veya kısa adı adresi varsa tescil markası
 - b)Kapasitesi ml veya cc olarak
 - c)Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi (ay yıl)
 - d)Seri numarası
 - e)Steril apirojen ve nontoksik olduğu
 - f)Sterilizasyon tipi ve sterilizasyon endikatörü yazılı olmalıdır.
 - g)Ambalajın bir tarafı kağıt diğer tarafı şeffaf olacak kolay açılacak yönünü belirten bir işaret olacak iç ve dış ambalajlar üzerindeki bilgiler çıkmayacak nitelikte yazılı olmalıdır
- 11.CE belgesi olmalıdır.
- 12.Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli
13. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
14. Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemeslerle kullanıldığında ajutaj uymalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı
- 15.En az 5 adet numune gönderilecek
- 16.2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
- 17.UBB kaydı olmalıdır

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA

