

EtCO₂ MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Monitörün CO₂ ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- a) CO₂ ölçümü 0...15%(0...15kPa,0...113mmHg) arasında ±3% doğruluğunda olmalıdır.
- b) EtCO₂ ve FiCO₂ için ayarlanabilir düşük ve yüksek alarm limitleri olmalıdır.
- c) CO₂ değişimlerini ölçerek 4...60 solunum/dakika arasında solunum oranını hesaplayabilmelidir.
- d) CO₂ ölçümü hem dalga şeklinde hem de numerik olarak görüntülenebilmelidir.