

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi 2

S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	Kapalı Devre Aspirasyon Sistemi No:10	5	adet	 (ay)	Yoğun bakımda ihtiyaç					 / / 201..		
										 / / 201..		
2	Kapalı Devre Aspirasyon Sistemi No:12	5	adet	 (ay)	Yoğun bakımda ihtiyaç					 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
										 / / 201..		

Prof.Dr.Özge YILMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı	Prof.Dr.İsmet TOPÇU Başhekim
--	---------------------------------

KAPALI SİSTEM ASPIRASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapalı aspirasyon sistemi, ventilatöre bağlı hastanın ventilasyonu kesmeden aspirasyon yapabilmeyi sağlamalıdır.
- Sağ ve sol bronşlardan aspirasyon yapmaya imkan sağlayan kıvrık uç özelliği bulunmalıdır.
- Kapalı aspirasyon sistemi hasta devresinde en az 48 saat kullanılabilmelidir.
- Tüm sistemin çıkartılmasına gerek kalmadan manşonlu aspirasyon kateteri çıkartılıp takılabilmelidir. Aspirasyon sonrasında kataterin üzerinde kalabilecek sekresyonları kataterden sıyırma sistemine sahip olmalıdır.
- Aspirasyon kateterinin ucu standart endotrekeal tüplere takılmaya uygun konnektörü olmalıdır. Aspirasyonun kontrol edilebilmesi için aspirasyon kilit sistemine sahip kontrol düğmesi bulunmalıdır.
- Aspirasyon kataterin ucu dokulara zarar vermeyecek şekilde atravmatik ve kendinden yumuşak olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Aspirasyon kateterinin kendisi ile trakeaya kolay giriş için sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Aspirasyon kateterinin ucunda bir geniş delik ve yan tarafında da küçük delikler bulunmalıdır. böylece uniform bir akış sağlanarak direnç azaltılmalıdır. yan delikler aynı zamanda trekeal mukozanın zarar görmesini engellemelidir. kataterin yıkanabilmesi için distal yıkama portu bulunmalıdır. hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için kataterin hasta bağlantı ucunda dönen güvenlik valfi bulunmalıdır.
- Aspirasyon kateterinin üzerinde derinlik seviyesini belirleyen skala olmalıdır.
- Kapalı aspirasyon sisteminin tüm parçaları tek pakette kapalı steril ambalajında olmalıdır.
- Kapalı aspirasyon sistemi değişik boylarda (3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 ,7numara endotrekeal tüple uyumlu) olmalıdır.

- Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasından onaylı bir barkod numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Neslihan ZENGİN
Ç.Y.B.Tes. No: 725068320 T.C. No: 114760