

## MALZEME İSTEK FORMU



| İSTEKTE BULUNAN BİRİM :         |                            |         |             | İSTEK TARİHİ : 29.01.2020        |              | Depo Stok Durumu                |     | (Varsa) En Son Alım |             |            |          |            | ONAY     |                |
|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----|---------------------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------------|
| Ortopedi ve Travmatoloji A.D.   |                            |         |             | İSTEK SAYISI: 1                  |              | Var                             | Yok | Miktarı             | ESKİ Fiyatı | Tarih      | SUT Kodu | SUT Fiyatı | UYGUNDUR | UYGUN DEĞİLDİR |
| Sıra                            | Malzemenin Adı             | Miktarı | Ölçü Birimi | İsteğin yaklaşık kullanım süresi | İstek Nedeni |                                 |     |                     |             |            |          |            |          |                |
| 1                               | EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI | 3       | 5 X 5 CM    | ACİL..... (ay)                   | DEPODA YOK   |                                 |     |                     | 1880 TL     | 04/08/2015 | TV 5795  | 1880 TL    |          |                |
| 2                               | EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI | 3       | 5 X 10 CM   |                                  | DEPODA YOK   |                                 |     |                     | 2450 TL     | 04/08/2015 | TV 5796  | 2450 TL    |          |                |
|                                 |                            |         |             | ..... (ay)                       |              |                                 |     |                     |             |            |          |            |          |                |
|                                 |                            |         |             | ..... (ay)                       |              |                                 |     |                     |             |            |          |            |          |                |
|                                 |                            |         |             | ..... (ay)                       |              |                                 |     |                     |             |            |          |            |          |                |
| İstekte Bulunan Birim Sorumlusu |                            |         |             |                                  |              | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |     |                     |             |            |          |            |          |                |

**Başhekim**

## EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### SUT KODU TV 5795 ve 5796

1. Ürün fiziksel yapı olarak örgüsel ağ şeklinde, biyolojik olarak ise tamamen emilebilir yapıda olmalıdır.
2. Ürün kontrollü Hyaluranon salınımı gerçekleştirecek biomoleküler içeriğe sahip olmalı ve böylece doku içerisinde uzun süreli (16 hafta süresince) Hyalüronik asit oluşumu sağlamalıdır.
3. Kemik defektlerinde ve parçalı kırık olgularında, periost (kemik zarı) kaybının olduğu vakalarda kullanılabilmeli ,tümör vb sebeplerle kemik kaybı olgularında, osteosentez gerekli olgularda da kullanılabilmelidir.
4. Ürün tek parçalı kırık stabilizasyonu tedavisinde ve psüdoartroz tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürün tendon ve sinir yaralanmalarında kullanılabilmeli ve fibröz doku oluşumunu engellemelidir.
6. Lezyon yapısına uygun olmalı , lezyon şekline göre kesilip suture edilebilmelidir.
7. Ürün çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
8. Ürün defekt üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün 0.3mm kalınlığında olmalıdır.
11. Ürün CE işaretli olmalıdır.
12. Ürün ölçüleri:
  - 5cmx5cm: TV 5795 olmalıdır.
  - 5cmx10cm: TV 5796 olmalıdır.