

MALZEME İSTEK FORMU

İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		İSTEK SAYISI :		Depo Stok Durumu				(Varsa) En Son Alım				ONAY							
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.								Var		Yok		Miktarı		Fiyatı		Tarih		SUT Kodu		SUT Fiyatı			
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni																		
1	PELVİS PLAK	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X					1.050,00TL	 / / 2019	TV5970	1.050,00TL								
2	PELVİS PLAK	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X					1.050,00TL	 / / 2019	TV5990	1.050,00TL								
3	KALKENEUS PLAĞI	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X					800,00 TL	 / / 2019	TV1530	800,00 TL								
4	3,5mm Kilitli vida	15		1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X					105,00TL	 / / 2019	TV1170	105,00TL								
5				1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X						 / / 2019										
6				1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X						 / / 2019										
7				1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X						 / / 2019										
8				1 (ay)	DEPODA YOKTUR		X						 / / 2019										

İstekte Bulunan Birim Sorumlusu

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

..... / / 2019

Prof. Dr. SEYHUN KÜRŞAT

Başhekim

ANATOMİK PELVİS REKONSTRİKSİYON PLAK ŞARTNAMESİ

1. Set pelvis rekonstruksiyonu yapmak amacıyla plaklar, vidalar, enstrumanlar ve sakral rodlerden oluşan komple set halinde olmalıdır.
2. Set içerisinde anatomik Symphyseal plak olmalıdır.
3. Set içerisinde en az 2 adet sağ ve 2 adet sol olmak üzere 4 adet anatomik sakro-iliak bileşke plağı olmalıdır, 5.0mm self tapping kilitli vida ile kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
4. Set içerisinde en az 1 er adet uygun delik aralıklılarında düz rekonstruksiyon plağı olmalıdır, Set içerisinde en az 1 er adet eğimli uygun delik aralıklarında olmak üzere anatomik pelvis rekonstruksiyon plağı olmalıdır.
6. Set içerisindeki tüm plaklar 2.jenerasyon titanyumdan imal edilmiş olmalıdır ve bu özellik orijinal bütün barkodlarında da belirtilmelidir.
7. Setin plakları titanyum (% 99,01 Ti) alaşımına sahip olmalıdır.
8. Set içerisindeki tüm plaklara ait her bir spesifik bending template (eğme/bükme kalıbı) olmalıdır.
9. Set içerisindeki düz plaklar 3.5 mm olmalıdır.
10. Setin içerisindeki kavisli Posterior-Anterior anatomik pelvis plağı olmalıdır..
11. Setin içerisindeki Anatomik Crest plate olmalıdır.
12. Setin içerisindeki Curved Rekonstruksiyon plakları olmalıdır.
13. Set içerisindeki stabilizasyon spongioz vidaları 10 mm den 30mm e kadar 2 artarak 30 mm den 60mm e kadar 5 er artarak full threaded Cancellous vidalar, 30mm den 60 mm e kadar 5 er artarak half threaded Cancellous kilitli vidalar olmalıdır.
14. Set içerisinde kilitli 3.5mm 12mm den 40mm e kadar 2 artarak ,40mm den 60mm e kadar 5 er artarak self tapping kortikal vida olmalıdır.
15. Pelvis gıkına çıkartma seti olmalıdır.

Prof.Dr.Güvenir Okçu
Ortopedi ve Travmatoloji
Tesc.No:54891