

FFP3 SINIFINDA (N 95) MASKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Maskeler EN 149:2001 standartına uygun ve FFP3 sınıfında olmalıdır.
2. 89/686/EEC (Personal Protective Equipment-PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
3. Maskeler çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
4. Maskenin üzerinde nefes verme sübabı bulunmamalıdır.
5. Maskenin kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan ve burun mandalı alüminyumdan olmalıdır.
6. Maskeler burun ve yüze tam oturmalıdır.
7. Maskeler doğal kauçuk lateks bileşenleri içermemelidir.
8. Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
9. Saklama sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalıdır.
10. Paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
11. Kutularının üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.
13. Teklif veren firma denemek üzere 4 (dört) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Perya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü