

1. FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU LATEKS

- 1.Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı ve ilgili kalem listesinde kayıtlı çapta olmalıdır.
- 2.Kateter 40 ± 5 cm uzunlukta ve balon hacmi 30-50 ml olmalıdır.
- 3.Delikleri asimetrik olmalıdır. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
- 4.Drenaj,irrigasyon ve balon kanalları ayrı ayrı olmalıdır.
- 5.Tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır.
- 6.Balon şişirme kanalının ucunda luer-lock mekanizmalı valf bulunan foley kateter olmalıdır. Balonu şişirmek için sıvı kolaylıkla verilebilmeli ve gerektiğinde kolaylıkla geri alınabilmelidir.

Dr. Mehmet Sinay UNVER
Celal Bayar Üniversitesi
Hafsa Sultan Hastanesi
Uroloji A.B.D. Dip.No: 184462