


GENİŞ GÖZENEKLİ MONOFİLAMENT POLİPROPİLEN MESH ŞARTNAMESİ 30x30cm

1. Mesh; monofilament polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Mesh'in ağırlığı; vücuttaki yabancı cisim reaksiyon riskini azaltması adına 46gr/m² olmalıdır.
3. Mesh; makropor yapıda olmalı ve gözenek genişliği sağlıklı doku gelişimi için 2,00mmx2,40mm olmalıdır.
4. Mesh'in kalınlığı 0,6±0,1 mm olmalıdır.
5. Mesh'in parçalanma dayanıklılığı; 463 (+/-19) kPa (Kilo Pascal) olmalıdır.
6. Mesh; spesifik örgü tekniği sayesinde kesim gerektirdiğinde partikül bırakmamalıdır.
7. Mesh; kasık ve ventral fıtık onarımlarında uygulanabilir olmalıdır.
8. Mesh; iso-elastikiyete sahip olmalı ve her istikamette yerleştirilebilir olmalıdır.
9. Mesh'in kenarları; travmatik olmamalıdır.
10. Mesh; tek kullanımlık olmalıdır.
11. Mesh; tekli veya çoklu paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı ve kutu içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
12. Mesh'in; 6x11cm, 15x10cm, 15x15cm, 20x20cm, 30x30cm ve 45x30cm ebat seçenekleri bulunmalıdır.
13. Karton mesh ambalajının üzerinde; ürün ismi, ürün kodu, ürün ebatı, ürün açıklığı, ürün lot numarası, sterilite ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
14. Mesh; etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Mesh'in; kutu ambalajının içerisinde ürüne ait prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
16. Mesh'in en az iki yıl miadı olmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz Kaya
C.B.U. S.F. Genel Cerrahi A.D.
Doküman No: 675/33750-533/16

KİSMİ EMİLEBİLEN ÇİFT YÜZLÜ POLYESTER YAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ (OR4100)

1. Meshin üzeri film kaplı kısmı sentetik, non-absorbabl, üç boyutlu en fazla 1,8 mm kalınlığında çift katlı örgülü polyester olmalıdır.
2. Meshin film kaplı, üç boyutlu ve örgülü polyester materyalinin ağırlığı 78 gr/m² olmalıdır.
3. Mesh'in yırtılmaya karşı direnci 367 ±20 kPa olmalıdır.
4. Meshin film kaplı, üç boyutlu ve örgülü polyester materyalinin gözenek genişliği 2,0mmx2,4mm olmalıdır.
5. Mesh, 30x20cm ebatında olmalıdır.
6. Meshin kenarları travmatik olmamalıdır.
7. Meshin viserayla temas edecek yüzeyinde; hidrofilik, resorbe olabilen ve visera ile mesh arasındaki doku yapışmasını engelleyici transparan bir film olmalıdır.
8. Mesh'in viserayla temas edecek adezyon önleyici transparan film materyeli oxide olmuş atelokolajen tiplve gliserol karışımından oluşmalıdır.
9. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film kısmı kritik adhezyon oluşma evresinde tam destek sağlayarak en geç 3 haftasonunda vücuttan hidroliz yoluyla atılarak absorbe olmalıdır.
10. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film kısmı;mesh kenarlarından oluşabilecek adezyonları minimize etmek adına tüm kenarlardan yaklaşık 5 mm taşmalıdır.
11. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film kısmı kolay aşınmamalı ve ele yapışmamalıdır.
12. Mesh'in laparoskopik uygulamalarda karın duvarına asılması ve cerrahın işini kolaylaştırması adına mesh üzerinde emilmeyen monofilament tespit sütürleri hazır halde olmalıdır.
13. Mesh çok yönlü elastikiyete sahip olmalıdır.
14. Mesh ventral hernilerde gerek açık gerek ise laparoskopi tekniğine uygun olarak kullanılabilir olmalıdır.
15. Mesh son ambalaj açıldıktan sonra blister kutusunun içerisinde steril su veya serum fizyolojik ile ıslatılarak çok yönlü elastikiyet sağlayabilir olmalıdır.
16. Kutu ambalaj içerisinde prospektüs bulunmalıdır.Prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
17. Her bir mesh çiftli steril blister ambalajda ve bu ambalaj da bir karton kutunun içinde bulunmalıdır.
18. Mesh karton kutusunun üstünde ürünün sterilite tarihi, lot numarası, son kullanım tarihi ve sterilizasyon yöntemi belirtilmiştir olmalıdır.


Prof. Dr. Yılmaz Kaya
T.C. Sağlık Bakanlığı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM			İSTEK TARİHİ : 13/03/2020		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				ONAY		
Genel Cerrahi Anabilim Dah			İSTEK SAYISI :		Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni								
1	KİSMİ EMİLEBİLEN ÇİFT YÜZLÜ DUAL MESH 30X20 CM	2 (İKİ)	Adet	1 Gün	Malzemenin tıbbi depoda olmaması				 / / 201..	OR4100	2200		
2	MONOFİLAMENT POLİPRİLEN MESH 30X30	1 (BİR)	Adet	 (ay)	Malzemenin tıbbi depoda olmaması				 / / 201..	OR3970	22500		
				 (ay)					 / / 201..				
				 (ay)					 / / 201..				
				 (ay)					 / / 201..				
				 (ay)					 / / 201..				
İmza Prof. Dr. Yavuz KAYA İsteğe Bulunan Birim Sorumlusu					İmza Prof. Dr. Seyhan KÜRŞAT BAŞHEKİM								