

MONOFLAMENT EMİLEMEYEN PTFE SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monofilament emilemeyen suture materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Mitral kapak onarımı için uygun chordae yapısına sahip olmalıdır.
3. Suture malzemesi PTFE den imal edilmiş olmalıdır. Bu sayede biyolojik olarak inert ve sürtünme katsayısı düşük olmalıdır.
4. Suture materyali Biyo uyumlu olmalıdır.
5. Suture devamlı PTFE suture olmalı.
6. İğne 300 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
7. İğne boyu 17mm ve yarım daire olmalıdır.
8. USP ölçüsü 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 olmalıdır.
9. Kıvrılma ve hafıza riskini düşürmek için suture materyali son derece esnek olmalıdır.
10. Tekli paketler halinde bulunmalıdır.
11. Suturen uzunluğu 75cm olmalıdır.
12. Suture paketi streli açmaya uygun olmalıdır.
13. Paket üzerinde suturen REF numarası, USP ölçüsü, iplik uzunluğu, iğne boyu, suturen yapıldığı malzeme, sterilizasyon yöntemi, LOT numarası, son kullanma tarihi ve uyarıcı işaretler (CE işareti, tek kullanımlık işareti ve kullanım klavuzunu okuyunuz işareti) bulunmalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.
16. KV 1402

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı