

Gaitada Gizli Kan Test Kiti Teknik Şartname

- 1- 100' er testlik ambalajlar içinde olmalıdır.
- 2- Ambalajlar içerisinde test miktarı kadar çubuk ve renk reaktifi olmalıdır.
- 3- Test en fazla 3 (üç) dakika içerisinde sonuç vermelidir.
- 4- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren bir (1) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384