

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(.....KARDİYOLOJİ ANJİYO LAB.....)
* İsteğe Bulunan Birim İsmi Yazılacak



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varsa) En Son Alım				SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Depo Stok Durumu	Miktarı	Fiyatı	Tarih		
1	CS CORONER SİNÜS KATETERİ	1	ADET	 (ay)	GAMZE SOYLU isimli hastada kullanılmak üzere	Var			 / / 201..	KR 1055	
2	RF ABLASYON KATETERİ (BI- DIRECTIONAL)	1	ADET	 (ay)	GAMZE SOYLU isimli hastada kullanılmak üzere	Var			 / / 201..	KR 1043	
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dlp.Tes.No: 87792-119840
Dlp.No: 11171

DOÇ.DR.BEKİR SERHAT YILDIZ

KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektrodludur.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklindedir.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm'dir.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dir.
8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmaz.
9. Kateter, uygun kablo kullanıldığında Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
10. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıdadır.

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87/92-119810
Dip.No: 11111

RF ABLASYON KATETERİ(BI-DIRECTIONAL)
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlığı 7F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119810
Dip.No: 11111