

CHU
"Güvenlik Hiz. Mkt. Yrd.
Etiy. K. M. A. S. A.

GAZ TAMPON (7.5X7.5 - 8 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampion 30x15cm ebadında keşilmiş olup katlandığında 7,5x7,5 cm.- 8 kat çekilinde olmalıdır.
2. Gaz tampion hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kanarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tampionda kullanılan gaz bezin TS 14078'e uygun olmalıdır.
4. Gaz bezinin atkı-gözgü telli sayısı değerleri; gözgü telli sayısı cm başına 10, atkı sayısı cm başına 10 olmalıdır. Ürün toplamda cm² de 20 tel içermelidir (+/- 1 tel olabilir.)
5. Atkı ve gözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümlü olmalıdır.
6. Etek atkı ya da gözgü içeren alan (tel kavgıkları gibi) olmamalıdır.
7. Apretli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir; durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlenmemelidir.
8. Gaz tampion kasartılmış beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kirlilik, elyaf artıkları, yağ lekeleri, yabancı cisimler, ek yer ve parça bulunmamalıdır.
10. Gaz tampion üst yüzeylerinde delik, keşik, yırtık vb. görünümlü bozuklukları olmamalıdır.
11. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 10.000-15.000'lik karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünümlü tam olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TTUBB) kayıtlı olmalıdır.
13. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya temsilci markası,
 - Hidrofil olduğu,
 - Ambalaj boyutları ve adedi,
 - Üretim tarihi,
 - Atkı-gözgü sayısı
 - Standartın işaret ve numarası (TS 14078)
 - Seri ve parti numarası
14. Non-steril olmalıdır.
15. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
16. Müayene komisyonunun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyolojiye yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz ücreti/satıcı firmaya ait olacaktır.
17. Yükleme, firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.