

GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 90X100 cm ebatında zigzag olarak katlanmış olmalıdır.
2. Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir.
3. Cm²'sinde atkı ve çözgü sayısı 20 tel ve üzeri olmalıdır.
4. Bir m²'nin gram cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır.
5. Emici olmalı ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır.
6. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır.
7. Her 25.000 m için gazlı bez kesme makinası firma tarafından bedelsiz olarak kurumumuza verilmelidir.
8. En az 5 adet numune gönderilecek
9. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
10. UBB kaydı olmalıdır.

CBÜ
Temsilcilik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA

