

GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter çift lümenli , subclavian ve internal juguler girişime uygun olmalıdır.
- 2, Hem perkütan hem cerrahi yolla takılmaya uygun olmalıdır.
- 3, Kateterin cilde tespitini sağlayacak sutur delikleri olmalı 360 derece dönebilmelidir.
- 4,Lümeniden kıvrık (M şeklinde) olmalıdır.
- 5, Her iki lümen üzerinde de klemp olmalıdır.
- 6, Kateterler 11-13 F kalınlığı 15-23 cm uzunluğunda olmalıdır. Talep halinde yukarıdaki sınırlarda olmak üzere farklı numaralarda katater temin edilecektir.
- 7, Lümenlerin üzerinde katater boyu, kalınlığı arter ve ven lümen içi volümünün kaç cc olduğu yazmalıdır.
- 8, Kateterler hasta damarlarına en az zarar vermekle tıkanmayı önleyici özel maddeden yapılmış olmalıdır.
- 9, Kateterler kitlerinin üzerinde üretim ve sterilizasyon tarihleri etiketle belirtilmiş olmalıdır.
- 10, Kateterler kit halinde bulunmalıdır ve kitlerde seldinger tekniği ile kullanılmak üzere 17-19 G'lik 1 adet ponksiyon iğnesi ve enjektör , 0.035-0.045 guidewire , dilatatör ve katater kapakları bulunmalıdır.
- 11, Sterilizasyon geçerlilik süresi ambar teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 12, İhale öncesi veya ihale sırasında 3 (üç) adet numune getirilmelidir.
- 13, Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 14, Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur. Malzemeler firma sorumlusu eşliğinde hastane deposuna teslim edilmelidir.
- 15 Malzeme UTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Gülay OK
CBÜTF. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 28496