

GÖBEK KLEMPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Göbek klempli kordonunun kolay kesilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Klempe, açılmayı önleyen güvenli kilit sistemine sahip olmalıdır.
- 3- Ürün, deri tahrişlerini önleyici, yuvarlatılmış kenarlara sahip olmalıdır.
- 4- Ürün, Polioksimetilen ultraform hammaddesinden yapılmış olmalıdır.
- 5- Ürün, non-toksik olup, tekli, steril ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Göbek klempli Etilen Oksitle steril edilmiş olmalı ve steril tarihi ve son kullanma tarihi ambalajlarda belirtilmelidir.
- 7-UBB kaydı olmalıdır.
- 8-Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.

Prof.Dr.Semra ORUÇ KOLTAN
Cela Bayar Üniv.Karın Hast.ve
Doğum Anabilim
Dip.No:87/AA/152
Tes.No:86699