

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					SUT Fiyatı
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	Malaydı	
1	BALONLA AÇILAN Eptfe KAPLI OTW STENT	1	ADET		İhtiyaç Nedeniyle					 / / 2020	KV 1176		2.750,00 TL
										 / / 2020			
										 / / 2020			
										 / / 2020			
				 (ay)						 / / 2020			
				 (ay)						 / / 2020			
				 (ay)						 / / 2020			

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT
Başhekim

BALONLA AÇILAN ePTFE KAPLI QIW STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Stent bir balona yükli olarak paketlenmiş (balon expandable) olmalıdır.
- Stentin yüklendiği balon latex free ve non compliant olmalıdır.
- Stentin taşıma sistemi 0.035" over the wire olmalıdır.
- Stent 316L paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
- Stent Film Cast teknolojiyi ile tamamen tek parça halinde ePTFE ile kaplı olmalıdır ve dokuya (kan akışı yönünde ya da damara) metal teması olmamalıdır.
- Sistemin kateter yapısı "dog bone" olarak açılabilmesi için uç lümenli olmalıdır.
- Stentin çapları 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm olmalıdır.
- Stent boyları 10mm, 22mm, 30mm, 50mm seçenekleri olmalıdır.
- Sistemin kateter uzunluğu seçenekleri 30cm veya 120 cm olmalıdır.
- 5-10 mm stent için kullanılacak introducer sheath 7FR den fazla olmamalıdır.
- ePTFE nin porozitesi 100-120 mikron olmalıdır.
- Stentin balonu nominal çapına 8 ATM de ulaşmalıdır. Stent balonunun rated burst pressure 12 ATM olmalıdır.
- Balon kateteri sisteminin her iki ucunda da stentin floroskopi altında görünmesini sağlayan altın kaplama radyo opak işaretler olmalıdır.
- Stent etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- Stent open cell (açık hücre) yapısına sahip olmalıdır.
- Stent post dilatasyon özelliğe sahip olmalıdır. Konik, daralan ve flare (yayılan) şekillerini alabilmedir.
- Sistemin iliyak ve renal arter uygulamaları için CE onayı olmalıdır.
- Sistemin en az 1 tane Randomize Kontrollü çalışma ile kanıtlanmış klinik takibi olmalıdır.
- Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 361 yıl maddi olmalıdır.
- Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
- Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, Lot numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.
- SUT KODU: KV 1176

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

