

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU



KU.FR.05

18.06.2018

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/1

(Terapötik Aferez Merkezi)

* İstekte Bulunan Birim İsmi Yazılacak

S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih			
01	Fotoferez Seti (HO1000)	4	Adet	2(hafta)	İhtiyaç nedeniyle					 / / 201..		HO1000	2350 TL
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			
										 / / 201..			

PROF.DR. İSMET AYDOĞDU
HEMOTOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANI

* İstende Bulunan Ad Soyad

PROF.DR. SEYHUN KÜRŞAT
BAŞHEKİM

* İnceleyen



T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği



FOTOFEREZ SETİ ŞARTNAMESİ

- 1-Kullanılacak malzeme tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 2-Işınlamada kullanılacak set,homojen ışınlama sağlamak için kamı sirküle eder özellikte olmalı ve torbanın homojen ışınlama sağlayabilen bu özelliği belgelerle gösterilmelidir.
- 3-Işınlama torbası, ışık geçirgen yapıda olmalıdır.
- 4-Setler, üniteye kurulacak veya mevcut cihaza uygun olmalıdır.
- 5-Tedavi sırasında cihaz ya da set kaynaklı arıza nedeniyle kullanım dışı kalan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.
- 6-Malzemeler en az 6 ay miyatlı olmalıdır, miyadı yaklaşan kitler ünitenin talebi üzerine istekli firma tarafından değiştirilecektir.
- 7-Kurulacak sistemlerin teknik bakım ve onarımı firma teknik personeline düzenli olarak yapılmalıdır.
- 8-Tedavi sırasında cihaz ya da set kaynaklı arıza nedeniyle kullanım dışı kalan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.
- 9-İstekli firmanın kuracağı cihazların CE belgesi olmalıdır.

[Handwritten signature]
Başhekim
Dr. T.C. Celal Bayar Üniversitesi
Hafsa Sultan Hastanesi