

**3 BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BI-DIRECTIONAL)
(KR1045)**

1. Kateter 6 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak irrigasyonlu RF ablasyon yapabilmektedir.
5. Kateter ucunda bulunan koiller (manyetik sensör) sayesinde elektroanatomik mapping cihazı ile haberleşip anatomik mapping yapmaya olanak sağlar.
6. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
7. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
8. Kateter kalınlığı 8F'tir.
9. Kateter uç elektrodu 3.5mm'dir.
10. Kateterin uç elektrodunda thermocouple sensör bulunmaktadır.
11. D-F VE F-J olmak üzere bi-directional curve seçeneklerine sahiptir.

Doç. Dr. Bekir Şenhat YILDIZ
C.B.U. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119810
Dip.No: 11111

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU
(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varsa) En Son Alım					
						Var Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	3 BOYUTLU HARİTALAMA KATERİ (BI-DIRECTIONAL	1	ADET	 (ay)	GÜLSEN ÇEPNİ isimli hastada kullanılmak üzere				 / / 201..	KR1045	
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		

Doc. Dr. İsmail Çerhat. Yıl: 2012 -
01.06.2012
Kardiyoloji
Diyadinin
Diyadinin
Diyadinin