

KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektrodlu olmalıdır.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilmelidir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklinde olmalıdır.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmalıdır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırabilir olmalıdır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm olmalıdır.
8. Katterin shaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmamalıdır.
9. Kateterin shaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Ören Bayrak
S

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1041)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 92cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlığı 6F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. C, D, E ve F olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Prof. Dr. Mustafa Özen Sağır

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(.....KARDİYOLOJİ ANJİYO LAB.....)

6 İncekte Bulunan Birim İsmi Yazılacaktır

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yıkılgık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varırsa) En Son Alım				SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Yok Var	Miktarı	Fiyatı	Tarih		
1	CS CORONER SİNÜS KATETERİ	1	ADET	 (ay)	HAMZA ÖZKAN isimli hastada kullanılmak üzere				2011	KIR 1005	
2	RF ABLASYON KATETERİ	1	ADET	 (ay)	HAMZA ÖZKAN isimli hastada kullanılmak üzere				2011	KIR 1001	
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		
				 (ay)					2011		

PROF DR MUSTAFA ÖZKAN SÖZÜ

8