

HASTA DEVRESİ (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set çift portlu Y-konnektör ile bağlanmış iki yolun üzerinde 4 hortum, 1 adet su tutucu, filtre ve balondan oluşmalıdır.
2. Y-konnektör çift portlu ve şeffaf olmalıdır.
3. Devre içerisinde 1 adet Y konektöre monte şeffaf tıpalı dirsek bulunmalıdır.
4. Su tutucu şeffaf yapıda ve istendiğinde açılıp kapatılır olmalıdır.
5. Hortumlar smoothbore yapıda olmalıdır.
6. Setin içinde 1 adet 2 lt balon bulunmalıdır.
7. Balon hortumu en az 120 cm olmalıdır.
8. Bact-hme 150-1500 ml tidal volümlerde, filtre bakteriyel ve viral etkinlikte %99,999 sonuç vermeli.
9. Hortumları düzenlemek için set içerisinde 1 adet çift askı bulunmalıdır.
10. Setler tek tek poşetlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
11. Devre, filtre ve balonlar ayrı ayrı, (akredite) onaylı bir kuruluş tarafından verilmiş CE belgesine sahip olmalıdır.
12. İhaleye giren firma tüm parçaları tek set içerisinde verebilmelidir.
13. İhaleye girecek firmaların setlerde kullanılacak hortum ve konektörler için yurtdışında yapılmış gaz ve direnç testleri bulunmalıdır. Sonuçlar istendiğinde komisyona verilebilmelidir.
14. Numune getirilmesi zorunludur.
15. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.

Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest ve Rean.AD
Dip. No: 9843 - Tescil No: 101213