

TEK KULLANIMLIK HASTA ISITMA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yetişkin battaniye boyutları , boyu en az 200(ikiyüz) cm ve eni en az 120(yüzyirmi)cm olmalıdır.
2. İki katmandan oluşmalıdır. İç katman dokunmamış kumaştan iç katman polipropilen olmalı ve 54gr/m²(ellidört) emici özelliği bulunmalıdır. İç katman içerisinde battaniyelerde özel gözenekler olmalıdır o gözenekler vasıtasıyla hasta hipotermisi sağlanmalıdır.
3. Battaniye lateks malzeme içermemelidir. Battaniye oluşabilecek nekroz ve bası yaralarında tedavi amaçlı gümüş iyon içermelidir. Battaniyede sıvı birikmesini engellemek amaçlı sıvı drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Battaniye röntgen filmi (x-ray transparent) çekilmesine uygun yapıda olmalıdır.
5. Isıyı battaniye içerisine yayan özel tasarımı bulunmalıdır.
6. Battaniye üzerindeki cihazın hava bağlantı hortumunun çıkmaması ve diğer marka cihazlardaki kullanılabilmesi için özel universal bağlantı (ipli tip bağlama) kemeri olmalıdır. Karton bağlama olmamalıdır.
7. Firma battaniyeler karşılığında 5(beş) adet cihazı kullanılmak üzere istem yapan kliniğe bırakılmalıdır.
8. Cihazın üzerinde en az 4(dört) farklı ısı kademesi olmalıdır. Bunlar 32,38,43,45(otuziki,otuzsekiz,kırküç,kırkbeş) kademelerinden oluşmalıdır.Cihaz ani ısı ve özellik dışı bir durumda kendini kapatmalıdır.Bu durum serviste denenecektir.
9. Hasta ısıtma sistemi en yüksek ısı 45 C (kırkbeş) kademesinden 15(onbeş) dk aralıkla bir alt sıcaklık kademesine otomatik olarak geçebilmelidir.
- 10.Hasta ısıtma sisteminde hızlı ısıtma modu bulunmalıdır. En yüksek ısı kademesinde çalışmaya başladıktan 45C(kırkbeş) dakika sonra bir alt ısı kademesine 43C (kırküç) dereceye otomatik olarak düşmelidir.
- 11.Teklif edilen battaniyeyle cihazı birebir uyumlu olmalıdır.
12. Battaniyelerin ubb kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
13. 2(iki) yıl garanti kapsamında cihaz bakımı ve filitre değişimi ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 14.Arızalı cihaz enaz 48 saat içerisinde onarılmalı veya geçici olarak bir cihaz bırakılmalıdır.
- 15.OR 2150

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı