

HEIMLICH VALF TEK YÖNLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün en az 20 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Drene olan mayinin değerlendirilmesi açısından transparan (şeffaf) olmalı, iç görülebilmelidir.
3. Üzerinde akış yönünü gösterir ok işreti olmalı, hava ve sıvı ok yönünde drene olmalı kesinlikle hastaya dönüşü olmamalıdır.
4. Giriş ve çıkış kısımları silikion olmalıdır.
5. Kauçuk uzunlukları ve valve uzunlukları el ile vakum yapabilmek için ergonomi açısından en az 5 cm olmalıdır.
6. Valve kısmı vakum yapmak için elle sıkılabilir yumuşaklıkta olmalıdır.
7. Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır. Miadına yakın tarihli olan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan tıbbi cihaz yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve ürünün UBB kod numarası olmalıdır. UBB kapsamı dışında olan malzemenin, kapsam dışı olduğunu belgelendirmelidir.
9. İhale sürecinde uygunluk verilecektir.

GHC 1830

Doç.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ
Göğüs Cerrahisi ABD
Başkanı