HEMODİYALİZ TAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A) TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Diyalizer low-flux olmalı, membranları hollow – fiber ve tam sentetik yapıda olmalıdır. Diyalizerler membran tipleri, invitro üre, kreatinin, fosfat ve B12 klirensleri, ultrafiltrasyon koefisientleri, KoA değerleri teknik belgede belirtilmelidir

2. Diyalizerler 500 mmHg (TMP) basınca dayanıklı olmalıdır

3. Diyalizerler buhar veya gamma ışınlama ile sterilize edilmiş olmalı, tekli ambalaj halinde bulunmalı ve üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve geçerlilik süresi belirtilmelidir

4. Diyalizerler Sağlık Bakanlığı ithal izni belgesi ibraz edilmelidir

5. Diyalizerler üniversal cihazlarla uyumlu olmalıdır

6. Diyalizer yüzey alanı 0,4-0,5 m2 olmalıdır

Dr. Pelin ERTAN
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji Uzmanı
Diş Tescil No 79608