

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller hastanemiz demirbaşında kayıtlı bulunan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli kraniyotom uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç, transnazal ve Perforatör uç çeşitlerini de içermelidir.
7. Uçlar kliniğimiz tarafından seçilecektir.

PROF. DR. S. J. TEMIZ  
100 YIL  
1919-2019