

SAĞA EĞİMLİ MAKRO İĞNE TUTUCU

1. Ergonomik kabzası raketli olmalıdır.
2. Tek çene hareketli, çene ucu sağa eğimli olmalıdır.
3. Çapı 5mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır.
4. Tutamak kısmı ve iç aksam olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
5. Tutamak kısmında luer-lock girişli yıkama kanalı olmalıdır.
6. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Prof. Dr. Can TANELİ
Celal Bayar Univ. Tıp Fak.
Çocuk Cerrahisi A.D.
Diy. Mes. No: 35336

L-ŞEKİLLİ KOAGULASYON ELEKTRODU

1. L-şekilli olmalıdır.
2. Unipolar koagülasyon için bağlantısı bulunmalı , bağlantı girişi şafta paralel olmalı açılı olmamalıdır.
3. Dış çapı 5 mm olmalıdır.
4. Uzunluğu 33 cm olmalıdır.
5. Elektrod ile birlikte ameliyathanemizde kullanılan vallaeylab marka koterle uyumlu kablosu da verilmelidir.
6. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tani Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Prof. Dr. Can TANELİ
Celal Bayar Univ. Tıp Fak.
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 35336