

SOLUNUM DEVRESİ YETİŞKİN TEK SU TUZAKLI (KORUGE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Solunum devresi set halinde olmalı ve set içindeki her parça medikal grade malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. İnspirasyon ve ekspirasyon hortumları 22 mm koruge yapıda bulunmalı ve her birinin uzunluğu 160 cm olmalıdır.
3. Devre üzerinde inspirasyon ve ekspirasyon hortumlarının bağlanabileceği 2 portlu Y konnektörü bulunmalıdır. Y konnektörü, entübasyon tüpü ve trakeostomi kanülüne uygun giriş çapına sahip olmalı ve aynı zamanda Y konnektörün ucunda CO₂ ölçümüne olanak sağlayacak Luer-lock portlu dirsek konnektör bulunmalıdır.
4. Ekspirasyon hattında 1 adet su tuzakı bulunmalıdır. Su tuzakları şeffaf sıvı hazneli, kolları paralel ve yivli kapaklı olmalı, istenildiğinde açılıp kapanabilmeli ve hortumlara sabitlenmiş olmalıdır. Su tutucunun dolması halinde devreye su gitmesini engelleyen valf bulunmalıdır. Biriken suyu boşaltmaya imkan veren şekilde olmalı ve bu işlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalıdır.
5. Hortum konnektörleri yapışkan kullanmadan hortuma sıkıca geçmeli ve kaçak olmamalıdır.
6. Setler ayrı ayrı poşetlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdır.
8. Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olması gerekmektedir.
9. Ftalat içeren ürünlerde, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmî gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun işaret ve uyarılar bulunmalıdır.
10. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarası, kodu ve ürün adının etiket üzerinde olması gerekmektedir.

İ. A. İSA CBÜ TIP FAK. HASTANESİ
Acil Tıp AD
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İktbal ŞAŞMAZ
Dip. Tes. No: 143891