


PEDİATRİK ELEKTROT ŞARTNAMESİ

1. Çıtçıt sistemine uygun olmalıdır.
2. Pediatrik kullanıma uygun yapılmış olmalıdır.
3. Hasta vücuduna çok iyi yapışmalıdır.
4. Hastaların vücut banyolarından etkilenmemelidir.
5. İç yüzeydeki jelli bölge kuru olmamalı ve iyi iletim sağlamalıdır.
6. Hipoalerjik olmalıdır.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı ve ambalajlı olmalıdır.
8. TITUBB kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Kardiyoloji
Dip. No: 221 Dip. Tes. No: 3668451155