

INTRODUCHER SHEAT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Introducher 8.5 French, radyoopak ve introfleks yapıda olmalıdır.
2. Paket içinde
 - 1 adet 8 Fr dilatatör,
 - 1 adet dual purpose spring wire (J tipi),
 - 1 adet ince duvarlı iğne,
 - 1 adet kılavuz iğne,
 - 1 adet 5 cc injektör,
 - 1 adet 3 yollu musluk,
 - 1 adet katater kontaminasyon sheat,
 - 1 adet emniyet örtüsü olmalıdır.
3. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler,sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
5. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
6. Introducher sheat sistemi klinikte kullandığımız swan-ganz kateter ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürünü teslim edecek firma ürünü kullanacak olan klinikten onay aldıktan sonra ürün teslimi yapmalıdır.
8. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UTS belgelerini teklif ekinde sunmaları gerekmektedir.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı