

ISI VE NEMÖLÇER CİHAZI ŞARTNAMESİ

- 1- Dijital Olmalıdır.
- 2- LCD ekranlı olmalıdır.
- 3- Saat ve tarih gösterimi olmalıdır.
- 4- 12/24 saat zaman dilimlerinden herhangi birisi seçilebilmelidir.
- 5- Zaman alarmı kurulabilmelidir.
- 6- Tek tuş ile alarm açılıp kapatılabilmelidir.
- 7- İç: -10°C...50°C/ Dış: - 50°C... +90°C aralıklarında sıcaklık ölçebilmelidir.
- 8- İç ve dış ortam sıcaklığını ölçebilmelidir.
- 9- Ekran çözünürlüğü sıcaklık için 0,1 QC olmalıdır.
- 10- Sıcaklık hassasiyeti: ± 1 QC olmalıdır.
- 11- Nem ölçüm aralığı: 10 -99% olmalıdır.
- 12- Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
- 13- Nem hassasiyeti: $\pm$ % 5 olmalıdır.
- 14- Min – Max değer hafızası olmalıdır.
- 15- Is-oc ve °F birimlerinden herhangi birisi ile ölçüm yapılabilmelidir.
- 16- En az 140 x 75 x20 mm boyutlarında olmalıdır.
- 17- Alt ve üst limitlere alarm kurabilme özelliği bulunmalıdır.
- 18- Sensör kablo uzunluğu 2 metre olmalıdır.
- 19- Güç kaynağı en az 1 adet AAA pil olmalıdır.
- 20- Duvara asılabilmeli veya ayakları ile masa üstü kullanılabilmelidir.
- 21- Cihaz teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 22- TSE veya CE standartlarına uygun olmalıdır.
- 23- Cihazların katalogları orjinal ve Türkçe 'ye çevrilmiş olmalıdır.
- 24- Cihazlar kalibre edildiklerine dair kalibrasyon belgeleri ile birlikte teslim edilecektir.
- 25- Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.


Sadık KAPLAN
KALİBRASYON DİREKTÖRÜ