

# KISMI EMİLEBİLEN ÇİFT YÜZLÜ YAMA COMPOSIT MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

30X20 CM SUT KODU ;OR4100

1. Meshin üzeri film kaplı kısmı sentetik, non-absorbabl, üç boyutlu, 0,7 mm kalınlığında çift katlı monofilament polyester olmalıdır.
2. Meshin film kaplı, üç boyutlu ve örgülü polyester materyalinin ağırlığı 66 gr/m<sup>2</sup> olmalıdır.
3. Meshin film kaplı, üç boyutlu ve monofilament polyester materyalinin gözenek genişliği 2,3mmx3,3mm olmalıdır.
4. Meshin kenarları travmatik olmamalıdır.
5. Meshin viserayla temas edecek yüzeyinde; hidrofilik, resorbe olabilen ve visera ile mesh arasındaki doku yapışmasını engelleyici transparan bir film olmalıdır.
6. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film materyeli oxide olmuş atelokolajen tipli ve gliserol karışımından oluşmalıdır.
7. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film kısmı 20 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
8. Mesh 3boyutlu özel yapısından dolayı kısa süreli peritona yapışma özelliği sağlamalıdır.
9. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film kısmı kolay aşınmamalı ve ele yapışmamalıdır.
10. Mesh'in üzerinde, mesh laparoskopik uygulamalarda defekti ortalayabilmek ve meshi oryante edebilmek için ortasında yeşil klavuz olmalıdır.
11. Mesh ventral hernialarda gerek açık gerek ise laparoskopi tekniğine uygun olarak kullanılabilir olmalıdır.
12. Meshin ölçüsü **10X15,20X15,20X25,30X20,37X28 cm** ebatlarında olmalıdır.
13. Mesh son ambalaj açıldıktan sonra blister kutusunun içerisinde steril su veya serum fizyolojik ile ıslatılarak çok yönlü elastikiyet sağlayabilir olmalıdır.
14. Kutu ambalaj içerisinde prospektüs bulunmalıdır. Prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
15. Her bir mesh çiftli steril blister ambalajda, bu ambalajlar ayrı bir alüminyum ambalajda ve alüminyum ambalaj ayrı bir karton kutunun içinde, kullanıma hazır bulunmalıdır.
16. Mesh kutusunun üstünde ürünün sterilite tarihini, lot numarasını, imalat ve son kullanım tarihlerini, sterilizasyon yöntemini belirten bir etiket bulunmalıdır.
17. CE sertifikası olmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz KAYA  
C.B.U.T.F. Genel Cerrah A.D  
Diplom Tesc. No 6175/3786-528/8

**MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU**

İSTEKTE BULUNAN BİRİM				İSTEK TARİHİ : 20.04.2021		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					ONAY			
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI				İSTEK SAYISI : .....		Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR		
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni											
1	KİSMİ EMİLEBİLEN ÇİFT YÜZLÜ DUAL MESH 30X20 CM	1	ADET	1 (AY)	MALZEMENİN DEPODA BULUNMAMASI					.... / .... / 201..	OR 4100	2.200 TL				
2										.... / .... / 201..						
3										.... / .... / 201..						
4										.... / .... / 201..						
5										.... / .... / 201..						
İmza ..... İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						İmza ..... Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi										

20.04.2021  
Prof. Dr. İsmet TOPÇU  
Başhekim