

İŞİĞA DİRENÇLİ PERFUSOR ENJEKTÖR VE SETİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enjektörler tek kullanımlık, steril 50 ml hacminde ve 3 parçalı olmalıdır.
2. Enjektörün piston arkası kliniğimizde mevcut perfusör cihazlarına uygunluk sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3. Enjektör gövdesi ve piston polypropylen'den, piston ucu kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
4. Perfusor enjektörünün göstergeleri rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı, işaretli olmalıdır.
5. Enjektörün ucunda needle olmalıdır.
6. Enjektör luer lock özellikte olmalıdır.
7. Perfusor seti enjektöre uyumlu en az 145cm uzunluğunda MF olmalıdır.
8. Perfusor seti 1.5x2.7 mm çapında ve minimal prime volumlu olmalıdır.
9. Perfusor enjektör ve line sarı, turuncu , siyah renkte ve yarı transparan olmalıdır.
10. Hastanenin ihtiyacı doğrultusunda istenilen renkteki perfüzor enjektörü ve line diğer renklerle değişim yapılacaktır.
11. Hastanemizde bulunan perfusor cihazlarına uygun olmalıdır.
12. ...3000 adet setle birlikte.....200.....adet PERFUSOR COMPACT cihazı verilecektir.
13. UTS kaydı olmalıdır
14. 5 adet numune teslim edilecektir
15. 2adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
16. Kliniğimizde bulunan cihazların teknik bakım ve onarımı ihaleyi alan firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

CBÜ
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA

