

2020 NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI RADYOAKTİF İLAC ALIMI

İhaleye Girecek olan Malzeme

Miktar

1. Tc-99m jeneratör

45 adet

RADYOAKTİF MADDELER VE KİTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 1. no'lu malzeme için fiyat bir jeneratör fiyatı olarak verilecektir. Mo-99/Tc-99m radyoaktifite jeneratörü her hafta pazartesi sabahı en geç saat 8.30'da teslim edilmeli ve izleyen yarısında gününe ya da daha geç tarihte kalibre olmalıdır. Pazartesi günü ilk saatin aktivitesi en az 1000 mCi±%10 olmalıdır. Teklif veren firmalar kalibrasyon tarihinden önceki üç gün, referans tarihi ve bunu izleyen beş gün için elde edilebilecek saatin aktivitelerini orijinal firmanın katalogu ile ayrıntılı olarak belgelemelidirler. Jeneratörde farklı hacimlerde saatin yapabildiği olanakları bulunmalı ve gerekli saatin aksesuarları ücretsiz olarak verilmelidir. Hasta programına göre istenen jeneratör, firmaya önceden bildirilerek satın alınacaktır. Olağantsız bir şekilde cihazın arızalanması veya hasta talebinin olmaması durumunda ilgili firma ile temasa geçilerek jeneratör alımı durdurulabilir. Kalibrasyon gününden önce teslimat tercih nedenidir. Jeneratör en az 50 mm kalınlığında kurşunla zırhlı olmalıdır. En az 20 saatin şişesi jeneratörle beraber teslim edilmelidir. 1. no'lu malzeme IAEA kurallarına uygun olmalı, kalite kontrolü yapılmış ve belgelennmiş olarak teslim edilmelidir. Jeneratör sıcak laboratuvar sorumlusuna teslim edilecektir. Kullanılmış jeneratörlerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na devri için gereken masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

Prof. Dr. F. ÖZGÜR ÜSER
CBÜTF NÜKLEER TIP ADI
Diz. No: 1989-24
Tasdi. No: 20763