

KEMOTERAPİ ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldiven pudrasız nonstril ve latex olmalıdır.
2. Eldiven sititoksik maddelere karşı gerekli bariyeri oluşturmali,kimyasal maddelere karşı test raporlu olmalıdır.
3. Yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı olmalıdır.
4. Ürün EN374- EN420- EN455 standartlarını karşılamalıdır.
5. Eli sıkmayacak fakat rahat kavramaya da engel olmayacak esneklikte olmalıdır.
6. Giyimi kolay ve eli terletmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Eldivenin iç yüzey kısmı parmak uçlarına kadar pürüklü olmalıdır.
8. Ambalajı nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip olmalı, sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
9. Depoya teslim edildiği andan itibaren en az 1 (bir) raf ömrü olmalıdır.
10. Ürün üretim tarihi itibariyle en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
11. ISO,TUV,CE,FDA gibi uluslar arası standartlardan birine sahip olmalıdır.
12. Malzemeyi teklif eden firma distribitörlük belgesini ibraz etmek zorundadır.
13. Teklif veren firma denenmek üzere 1 paket eldiveni sarf deposuna teslim etmelidir.
14. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden 1 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

