

KIRSCHNER TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sut kodu TV 5600

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Uç kısmı “elmas uç” yapısında olmalıdır.
3. Eğilmeye ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
4. Boyları 300 mm $\pm$ 20 mm aralığında olmalıdır.
5. Teklif veren firmalar her bir çaptan 5 (beş) adet numüne verecek ve bu numüneler ilgili birim tarafından kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
6. Her bir pakette 10 (on) adet olacak şekilde , non-steril olarak hastanemizin deposuna teslim edilmelidir.
7. UBB numaraları ve barkodları olmalıdır.
8. Aşağıdaki çaplarda-adetlerde olmalıdır. Toplam 6100 (altıbin yüz) adet olmalıdır.

-0.6 $\pm$ 0.1 mm çapında	200 (ikiyüz) adet
-0.8 $\pm$ 0.1 mm çapında	200 (ikiyüz) adet
-1.0 $\pm$ 0.1 mm çapında	600 (altıyüz) adet
-1.2 $\pm$ 0.1 mm çapında	600 (altıyüz) adet
-1.4 $\pm$ 0.1 mm çapında	1000 (bin) adet
-1.6 $\pm$ 0.1 mm çapında	1000 (bin) adet
-1.8 $\pm$ 0.1 mm çapında	1000 (bin) adet
-2.0 $\pm$ 0.1 mm çapında	1000 (bin) adet
-2.2 $\pm$ 0.1 mm çapında	200 (ikiyüz) adet
-2.4 $\pm$ 0.1 mm çapında	200 (ikiyüz) adet
-2.6 $\pm$ 0.1 mm çapında	100 (yüz) adet
-2.8 $\pm$ 0.1 mm çapında	100 (yüz) adet