

KLOR TABLET ŞARTNAMESİ

1. Kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır.
2. Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC (sodyumdikloroisosyanurat) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun pH'sı saf su pH'sına yakın olmalıdır.
3. Beş litre suda 10.000 (onbin) ppm aktiviteye ulaşabilmek için 5-18 tablet kullanılmalıdır.
4. Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır.
5. Hazırlanmış dezenfektan solüsyon çocuk ve bebek setlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilir kadar non-toksik olmalıdır (LD/50 oral yolla tavşanlarda 2-2,5 g/kg/dan az olmamalı).
6. Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporisidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri dahil virüsidal) sahip tam bir biosidal olmalı ve bu konuda destekleyici literatür bulunmalıdır. En fazla 5-10 dakikalık kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.
7. Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve ahşap zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır.
8. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır. Buna ilişkin laboratuvar çalışmaları sunulmalıdır.
9. Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve nemden etkilenmeyecek sağlam ambalajlarda (hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb.) olmalıdır.
10. Hastanedeki kullanım amaçlarına göre gerekli olan konsantrasyonlar ve bu konsantrasyonlara ulaşmak için gerekli olan tablet sayısı kutu üzerinde açık olarak belirtilmelidir.
11. Tabletler kutu ambalajlarda olup, bir kutuda en az 100 adet tablet olmalıdır.
12. Klor tablettten solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajlarını gösteren ayrıntılı bir tablo (17cm x 22cm büyüklükte PVC ile kaplı, yazılar en az 16 punto büyüklüğünde ve kolay anlaşılır özellikte) firma tarafından tabletlerle birlikte en az 200 adet olacak şekilde temin edilmelidir.
13. Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır.
14. Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan (suya atıldığında kendiliğinden eriyen) formüle sahip olmalıdır. Tablet en fazla 5 dakika içinde suda kolay ve tamamen çözünmelidir.
15. Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilir, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünür, tortu oluşturmamalıdır.
16. Ürünün, hastaneye teslim tarihi itibarıyla raf ömrü en az iki yıl olmalı ve ürünlerin son kullanım tarihlerine 3 ay kala firma, yeni miadlı ürünlerle değiştirilmelidir.
17. Teklif edilen ürün, T.C. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal ruhsatlı olacaktır.
18. Muayene Komisyonunun gerek duyması halinde, Türk Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere antiseptik solüsyonunu, her seri için yeterli sayıda numune olarak, analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanmalıdır.
19. Ürünün kullanılacağı ünitelere Ürüne ait Güvenlik Veri Fişi verilmelidir.

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA

