

**14- Koroner Anjiyoplasti Kılavuz Teli Hidrofilik 0.014 Inch (KR1083)**

- 1- Koroner Anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- 0.014(inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
- 4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
- 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı. En uç 2mm'lik kısımdan sonra en az 20cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.
- 6- Radyoopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır.
- 7- Uç ağırlığı en az 1.6gr olmalıdır.
- 8- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı.
- 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ  
CBÜ İip Fakültesi  
Kardiyoloji A.D.  
Dip.Tes.No: 87792-119810  
Dip.No: 11111