

KORONER SINÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektrodlu olmalıdır.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilmelidir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklinde olmalıdır.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmalıdır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırabilir olmalıdır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm olmalıdır.
8. Kateterin shaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmamalıdır.
9. Kateterin shaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıda olmalıdır.

Doç.Dr. Bekir Şahat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119810
Dip.No: 11111

QUADRAPOLAR FIXED KATETER
(KR1035)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm olup elektrod dizilimi 2-5-2 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter 6F kalınlığında olmalıdır.
4. Fix A-Josephson ve fix F-Cournand tip curve seçenekleri olmalıdır.
5. Poliüretan maddesinden yapılmış ve çift örgülü kateterin 110 ve 115 cm uzunluğunda seçenekleri mevcut olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırmalıdır.

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CİÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.B.
Tıp.Tes.No: 87/92-119810
Tic.No: 11111

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklinde olmalıdır
3. Kateter uzunluğu 115cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlamalıdır.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
6. Kateter kalınlığı 7F olmalıdır.
7. Kateter uç elektrodu 4mm olmalıdır.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119810
Mh.No: 11111

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegın yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		Fiyatı	(Varsa) En Son Alım		SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Var	Yok		Tarih			
1	KORONER SINÜS KATETERİ	1	ADET	(ay)	ZEYNEP APOHAN isimli hastada kullanılmak üzere				201		KR 1055	
2	QUADRAPOLAR FIXED KATETER	1	ADET	(ay)	ZEYNEP APOHAN isimli hastada kullanılmak üzere				201		KR 1035	
3	RF ABLASYON KATETERİ	1	ADET	(ay)	ZEYNEP APOHAN isimli hastada kullanılmak üzere				201		KR 1043	
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			
				(ay)					201			

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBB Tıp Fakültesi
Kardiyoloji ABD
Dlp. Tes. No: 87792-119810
Dlp. No: 11117