

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(GÖĞÜS CERRAHİ ANABİLİM DALI)



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşıklık kullanımı süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
	Kostal Plak	2	adet	 (ay)	operasyon		x			 / / 201..	GHC2002	
	Plak için vida	8	adet	 (ay)	operasyon		x			 / / 201..	GHC2003	
Doç.Dr.Mehmet Sadık YALDIZ Göğüs Cerrahi AD						Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT Başhekim						

KOSTA VE STERNUM KIRIĞI İÇİN TİTANYUM PLAK VE VİDA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm plaklar Grade 4 saf titanyumdan, tüm vidalar Grade V alayimli titanyumdan imal edilmiş ve ASTM F67 ve ASTM F136 standartlarına uygun olmalıdır.
2. Tüm plak yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır.
3. Tüm plak ve vidalar biyo uyumlu olmalıdır.
4. 2.7 mm'lik vida çapına sahip sistemleri olmalıdır.
5. Vida başları artı şeklinde olmalıdır.
6. 2.7 mm çapındaki vidaların 8,10,12,14,16,18 mm boy uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. 2.7 mm'lik vida çapına sahip sistemdeki plak kalınlıkları 2.0 mm olmalıdır.
8. 2.7 çapına sahip vida sistemlerinde düz 4 delikli ve aralıklı, 6 delikli ve aralıklı, 8 delikli ve aralıklı, 10 delikli, 18 delikli, 24 delikli plak çeşitleri olmalıdır.
9. 2.7 çapına sahip vida sistemlerinde 5 x 24 x 5 delikli çift açılı ve 5 x 22 delikli tek açılı (sağ ve sol) plak çeşitleri olmalıdır.
10. 2.7 çapına sahip vida sistemlerinde 2 x 2 kare, 2 x 2 açılı, 6 x 6 çift sıralı, 6 x 6 çift sıralı aralıklı, 4 x 4 çift sıralı tek açılı, 4 x 4 çift sıralı çift açılı plak çeşitleri olmalıdır.
11. Tüm plak ve vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
12. Tüm plak ve vidalar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır.
13. Tüm plak ve vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.
14. Tüm vidaların self drilling özelliği olmalıdır.
15. Tüm plak ve vida ürünlerinin TITUBB'a kayıt bildirimi yapılmış, Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan onaylanmış olmalıdır.
16. Tüm implantlar konteynir içinde sterilizasyona hazır vaziyette tam eksiksiz olarak vakadan önce teslim edilecektir.
17. İhtiyaç listesinde miktarları idarece belirlenecek olan plak ve vidaların alımına istinaden aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir.

KOSTA STERNUM KIRIĞI İÇİN ÇAKMA SETİ

S.NO.	AÇIKLAMA	ADET
1	3 BOYUTLU PLAK BÜKÜCÜ	1
2	PLAK BÜKÜCÜ	2
3	PLAK KESİCİ	1
4	PLAK TUTUCU	1
5	SIKMA TORNAVIDA	1
6	KİLİTLİ TORNAVIDA	2
7	PLAK VİDA DRILL KUTUSU	1
8	EL ALETLERİ TAVASI	1
9	KONTEYNİR	1

Doç.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ
Göğüs Cerrahisi Cerrahisi ABD
Başkanı

Doç.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ
Göğüs Cerrahisi Cerrahisi ABD
Başkanı