

KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üç soket fişi olmalıdır.
2. Kalemin üzerinde sarı renkli Cut ve mavi renkli Coagulation düğmeleri bulunmalıdır.
3. Kalemin kesici ucunda koruyucusu bulunmalıdır.
4. Poşetin üzeri şeffaf olmalıdır.
5. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Steril disposable tek kullanımlık olmalıdır.
7. İhaleyi kazanan firma tarafından her 500 adet kalem için 20 adet istenilen boylarda ince iğne koter ucu, 20 adet uzun koter ucu ve 20 adet zımpara verilmelidir.
8. Uç değişimlerinde temassızlık ve bozulma yapmamalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerden en az beş adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek.Sonuç ,bu ürünler ameliyathane sterilizasyon bölümün tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
10. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Uzu H. 1998
CBİT - Arast. ve Ren. Ar.
Dp. No. 550 - Tesdi No. 100/08